

ٹینڈرنوٹس

فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد

میڈیکل سپرنٹنڈنٹ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد کو مندرجہ ذیل اشیاء کی فراہمی کے سلسلے میں سال 2020-21 کیلئے (CI&F) کی بنیاد پر اہل پیشکش دہندگان سے سربمہر

پیشکشیں مطلوب ہیں۔ متعلقہ ٹینڈرز دہندگان ڈیوٹی پیڈ (ڈی ڈی پی) / فری ڈیلیوری کی بنیاد پر مقابلے کی قیمتیں درج کریں۔

Sr. No.	Name of Item	Qty	Estimated Cost	Last Date for Purchasing of Tender	Date and time for Receiving of tender	Date and time for Opening of tender
01	Syringe Pump (Specifications see list)	as per list	Rs.27,000,000/-	26.05.2021 till 03:00 P.M	27.05.2021 till 11:00A.M	27.05.2021 till 11:30A.M

1- ٹینڈر پنجاب پروکیورمنٹ رولز جاری کردہ PPR Rules 2014, amendments upto date کے مطابق کئے جائیں گے۔

2- پیشکشیں رول 38, 2(a) آف PPR 2014 کے مطابق کوٹیشنرز / ٹینڈرز دو الگ الگ لفافوں پر مشتمل ہوں گے ایک میں ٹیکنیکل اور دوسرے میں فنانشل آفرز ہوگی دونوں آفرز ایک ہی لفافے میں بند ہوگی۔ جس پر کمپنی کا نام، ٹینڈر کا نام، نمبر اور کھولنے کی تاریخ درج ہونا ضروری ہے۔

3- ٹینڈر فارمز دفتر اوقات میں بعض -/Rs.2000 (ناقابل واپسی) فی ٹینڈر پر چیز سیل، ایف۔ آئی۔ سی سے اشتہار شائع ہونے کے فوری بعد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

4- تمام آفرز کی تفصیلات بمع مطلوبہ تعداد (Quantity) ٹینڈر دستاویزات کے ساتھ لف ہیں۔

5- ٹیکنیکل آفر کے ساتھ Bidding Documents اور ٹیکنیکل تفصیلات جو Bid Evaluation کے لئے ضروری ہیں منسلک ہونی چاہیے جبکہ فنانشل آفر میں صرف مطلوبہ آفرز (Offered Rates) کی پیش کردہ قیمت منسلک ہونی چاہیے۔

6- ٹیکنیکل آفرز مقررہ تاریخ پر کانفرنس ہال فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد میں کھولی جائیں گی جو آفرز ٹیکنیکل کمیٹی کو قابل قبول ہوگی صرف انکی فنانشل آفرز بعد میں جاری کردہ شیڈول کے مطابق کھولی جائیں گی۔

7- ٹینڈر میں حصہ لینے والے تمام حضرات کو سائز ٹیکس، انکم ٹیکس کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپیاں ٹینڈر کیساتھ جمع کروانی ضروری ہیں۔

8- تمام ٹینڈرز مندرجہ بالا شیڈول کے مطابق 11:00 بجے تک وصول کئے جائیں گے اور ٹیکنیکل آفرز اسی تاریخ کو صبح 11:30 بجے کے بعد رو برو کمیٹی اور حاضر مجاز نمائندگان کی موجودگی میں کھولی جائیں گی۔

9- ٹینڈر پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیشنز اتھارٹی کی ویب سائٹ (www.ppra.punjab.gov.pk) اور (www.fic.gop.pk) پر بھی دستیاب ہے۔



(ڈاکٹر ظفر عباس خان)


میڈیکل سپرنٹنڈنٹ

فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی،

فیصل آباد

**PVMS SPECIFICATIONS FOR SYRINGE PUMP
FAISALABAD INSTITUTE OF CARDIOLOGY, FAISALABAD.**

Clinical Specialty	Anesthesia & Ventilator	Qty
Generic Name	Syringe Pump	
Clinical Purpose	A syringe pump is a small infusion pump used to gradually administer small amounts of fluid (with or without medication) to a patient. Syringe drivers are also useful for delivering IV medications over several minutes. In the case of a medication which should be slowly pushed in over the course of several minutes, this device saves staff time and reduces errors	150 Nos.
TECHNICAL SPECIFICATIONS		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syringe pump for fluid administration. ✓ ▪ Flow Rates: 0.1 - 400 ml/hr. (Approx) ▪ Digital display of set parameters. ▪ Universal Syringe acceptance capability for disposable, Plastic, Size, 10, 20, 50, 60 ml. ▪ Drive Accuracy. $\pm 3\%$ ▪ Display of drug name, Infusion rate, infused volume and volume to be infused. ▪ Automatic adaptation of controls according to syringe /infusion set. ▪ Quick freed/rapid infusion facility. ▪ Rechargeable battery and mains operated 220V, 50Hz. ▪ Safety alarm audible and acoustic for occlusion end of infusion, low battery. ▪ Battery back up 3 to 4Hours. ▪ Should be compatible with docking station. 		
OPTIONAL : Docking station of four, six or more.		


 Medical Superintendent
 Faisalabad Institute of Cardiology,
 Faisalabad.